

1. ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Потенцијални понуђач у јавној набавци број 1.14/18 МН „УВ спектрофотометар“, дана 16.11.2018. године доставио је допис, заведен код Наручиоца под бројем 25.25 дана 19.11.2018. године, којим је истакао Захтев за додатним информацијама, појашњењем у вези са припремањем понуде који је уједно и захтев за отклањање недостатака и неправилности у конкурсној документацији, који је размотрила Комисија за спровођење ове јавне набавке и сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), дала своје мишљење:

1) У свом допису потенцијални понуђач је пре свега истакао дао примедбу на садржај Конкурсне документације дат у делу „Технички услови“ пре свега који се односи на тип кивета који се користе у траженом уређају. Потенцијални понуђач сматра да је неоправдан захтев да се поред тражених кивета одређених димензија захтева и могућност употребе округлих кивета и да је тиме исти дискриминисан за учешће у поступку.

ОДГОВОР: Разматрајући достављени захтев, још једном смо упоредили потенцијалне понуђаче и њихове уређаје преко интернет сајтова истих и утврдили смо да постоји већи број уређаја разних произвођача који испуњавају тражене критеријума у погледу величина и облика кивета. Обзиром да смо приликом састављања ове Конкурсне документације пошли од наших потреба, досадашњих усвојених начина поступања као и опреме које већ имамо на залихама, сматрамо да нисмо поступили дискриминирајуће, јер не можемо своје захтеве прилагођавати свим потенцијалним понуђачима на тржишту.

2) Поред наведеног, потенцијални понуђач је поставио питање у вези захтева датог у делу „технички услови“ који се односи на захтеве околине и радне услове који морају бити у опсегу од +10 до +40 С°, са питањем да ли би био прихватљив уређај са захтевима околине +15 до +35 С°?

ОДГОВОР: Обзиром да ће уређај бити смештен у аналитичком делу физичко-хемијске лабораторије, став Комисије по овом питању је да уколико буду испуњени сви остали услови за учешће у поступку и у погледу техничких карактеристика уређаја, да неће одбити понуду као неодговарајућу уколико понуђени уређај буде за захтевом радне околине у опсегу од +15 до +35 С°.

3) Треће питање потенцијалног понуђача односило се на оригиналан каталог, брошуру, техничку спецификацију, и то да ли исти могу бити на енглесном језику.

ОДГОВОР: Како и сам наручилац није у Конкурсној документацији навео да иста мора бити на српском језику (постоји изричит захтев само за упутство за употребу уређаја и као и за саму понуду), став је да ова документација може бити дата на енглеском језику.

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), и наведеним Захтевом за додатним информацијама и појашњењем Комисија је размотрила примедбе и одлучила на напред наведени начин.

Како се давањем овог појашњења понуда не мења Конкурсна документација, рок за достављање понуда остаје исти.

Комисија за јавну набавку број 1.14/18 МН:

1. Ана Радовић, Службеник за јавне набавке



2. Вера Ковачевић, дипл.хемичар, Руководилац службе контроле квалитета.

